



Instytut Farmakologii PAN w Krakowie  
ul. Smętna 12  
31-343 Kraków  
Nr sprawy: IF/ZP-05/2018

Kraków dnia: 2018-05-18

## O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ - 1

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-05-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Zakup i dostawa odczynników i produktów laboratoryjnych do Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie przy ul. Smętnej 12 – cz. II**”, o następującej treści:

**Pytanie nr 1;** dotyczy pakietu 1, pozycja 2.

Czy Zamawiający miał na myśli olejek Immersion oil, type N o pojemności 20ml ? Wymieniony olejek o numerze katalogowym - 11513860 – jest produkowany wyłącznie w opakowaniach 20ml.

**Odpowiedź: Tak, jednocześnie informuje, iż zmodyfikowany (w tym zakresie) załącznik nr 1 dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie nr 2;** dotyczy pakietu 1, pozycja 5.

Czy Zamawiający może zrezygnować z pozycji ? – podane przeciwciacho jest wycofane w oferty Leica.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie informuje, iż zmodyfikowany (w tym zakresie) załącznik nr 1 dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie nr 3;** dotyczy pakietu 1, pozycja 7.

Czy Zamawiający miał na myśli noże do wibratomu w opakowaniu 20 sztuk? Wymienione noże o numerze katalogowym - 39053250 – są produkowane wyłącznie w opakowaniach 20 sztuk.

**Odpowiedź: Tak, jednocześnie informuje, iż zmodyfikowany (w tym zakresie) załącznik nr 1 dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie nr 4;** dotyczy pakietu 1, pozycja 10.

Czy Zamawiający dopuści parafinę Leica Paraplast Regular pakowaną po 5kg o numerze katalogowym 39602012? Taki sposób pakowania jest dużo bardziej ekonomiczny – cena parafiny spada o ponad połowę w stosunku do parafiny pakowanej po 1kg.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu.**

**Pytanie nr 5;** dotyczy pakietu 1, pozycja 11.

Czy Zamawiający dopuści parafinę Leica Paraplast Regular pakowaną po 5kg o numerze katalogowym 39602012? Taki sposób pakowania jest dużo bardziej ekonomiczny – cena parafiny spada o ponad połowę w stosunku do parafiny pakowanej po 1kg.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu.**



**Pytanie nr 6;** dotyczy pakietu 1, pozycja 12.

Czy Zamawiający dopuści parafinę Leica Paraplast Regular pakowaną po 5kg o numerze katalogowym 39602012? Taki sposób pakowania jest dużo bardziej ekonomiczny – cena parafiny spada o ponad połowę w stosunku do parafiny pakowanej po 1kg.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu.**

**Pytanie nr 7;** dotyczy pakietu 1, pozycja 14.

Czy Zamawiający może zrezygnować z pozycji 14? – podane pudełka są aktualnie niedostępne w sprzedaży w Polsce.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie informuje, iż zmodyfikowany (w tym zakresie) załącznik nr 1 dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie nr 8;** dotyczy pakietu 1, pozycja 19.

Czy Zamawiający miał na myśli noże do wibratomu w opakowaniu 20 sztuk? Wymienione noże o numerze katalogowym - 39053250 – są produkowane wyłącznie w opakowaniach 20 sztuk.

**Odpowiedź: Tak, jednocześnie informuje, iż zmodyfikowany (w tym zakresie) załącznik nr 1 dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.**

**Pytanie nr 9;** dotyczy pakietu 1, pozycja 20.

Czy Zamawiający miał na myśli noże do wibratomu w opakowaniu 20 sztuk? Wymienione noże o numerze katalogowym - 39053250 – są produkowane wyłącznie w opakowaniach 20 sztuk.

**Odpowiedź: Tak, jednocześnie informuje, iż zmodyfikowany (w tym zakresie) załącznik nr 1 dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego.**