



Lp.	Nazwa i opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa / Producent / Nr katalogowy	Ilość	Wartość bez VAT	VAT w zł oraz %	Wartość z VAT
1.	<b>Urządzenie do przeprowadzania reakcji PCR z detekcją produktu w czasie rzeczywistym wraz z fluorymetrem stacjonarnym:</b> - co najmniej 4-ro kanałową detekcją w czasie rzeczywistym, - możliwość analizy sygnałów popularnych barwników takich jak: FAM, VIC, ROX, - wyposażenie w dotykowy panel sterujący, - blok grzejny w formie 96-cio dołkowej płytki, z możliwością przeprowadzania reakcji w pojedynczych probówkach oraz paskach, objętość dołka 0,1 ml, - blok grzejny 96-dołkowy złożony z 3-ech niezależnych bloków grzejnych, - czułość detekcji nie gorsza niż 1 kopii genu, - możliwość zastosowania barwnika ROX przy składaniu reakcji Real Time PCR jako pasywnej kontroli wewnętrznej, - aparat dostarczany wraz ze stacją roboczą w postaci komputera, monitora, myszki, klawiatury, oprogramowania typu MS Windows, - aparat dostarczony wraz z zasilaczem awaryjnym (UPS), - blok grzejny pracujący w wersji standardowej (czas reakcji 2h) oraz Fast (czas reakcji ~ 40 min.), - aparat dostarczony wraz z fluorymetrem stacjonarnym do ilościowego mierzenia zawartości DNA, RNA oraz białek.		1 komplet			

Wartość brutto (wartość z VAT) słownie .....

..... podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy